

Ai fornitori invitati

Comunicazione a mezzo MEPA

Oggetto: Rdo aperta n. 2819671 per la sottoscrizione di accordo quadro, per la fornitura mediante somministrazione periodica di bottiglie sterili e non sterili in polietilene tereftalato (PET) e polietilene (PE) per i laboratori di Arpae ER, per la durata di 36 mesi. CIG 8789400A53. AGGIORNAMENTO CHIARIMENTI AL 28/06/2021

Facendo seguito alla richiesta di chiarimento inerente la RdO in oggetto siamo a fornire le seguenti precisazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Di seguito la risposta alla richiesta di chiarimento pervenuto.

Domanda 1: pos 10) BOTTIGLIE PER STERILI CON SODIO/TIOSOLFATO, CON TAPPO, (FORMA BASSA E ARROTONDATA) 1000 ML DIAM. 50 MM.

Chiediamo conferma che la forma bassa e arrotondata sia riferita al tappo e non al flacone.

Risposta 1: nella pos. 10 vengono richieste bottiglie BOTTIGLIE PET STERILI CON SODIO/TIOSOLFATO, CON TAPPO, (FORMA BASSA E ARROTONDATA) da 1000ML con tappo da 50 mm di diametro.

Domanda 2: con la presente chiediamo riguardo alla posizione 10 se si possono offrire bottiglie pet, tappo diametro 50 mm, forma bassa e quadrate, altrimenti siate così gentili da fornirci il codice produttore di riferimento.

Risposta 2: si possono offrire bottiglie pet, tappo diametro 50 mm, anche di forma quadrata fondamentale che abbiano forma bassa.

Il Responsabile del procedimento
(Dr.Stefano Forti)

Documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente