

1) Posizionamento dei quadri elettrici principali su cui allacciare utenze: nel dettaglio sono disponibili quadri elettrici divisi per area di piano, se no dove si trovano il quadro/i quadri da utilizzare?

Nella Sezione Arpae di Ravenna l'impianto elettrico è così costituito:

- è presente un quadro generale posizionato al piano terra;
- quadri di piano presenti nei piani fuori terra;
- quadri di laboratorio collocati in ogni ambiente.

2) Arpa è in possesso di tutte le autorizzazioni (SCIA, CIL, edificio soggetto a vincoli..) necessarie all'espletamento dei lavori?

Nel momento di aggiudicazione della gara Arpae, se necessario, provvederà a fornire le dovute informazioni relative ad eventuali autorizzazioni.

3) La stanza con cappe Ferraro è in grado di garantire i ricambi d'aria necessari al funzionamento contemporaneo di 3 cappe da 180cm a 0.7m/s?

Nel laboratorio sono garantiti i ricambi d'aria necessari al funzionamento di tutte le cappe presenti.

4) Durante i lavori di realizzazione delle linee (per braccetti) i GC verranno spostati (da Arpa) per consentire il lavoro?

La ditta aggiudicataria dovrà provvedere alla protezione di tutta la strumentazione con teli e quanto altro necessario per garantirne l'integrità.